

Rev. 01
Gennaio 2010



Scheda tecnica

seca 232

Misuratore di altezza per neonato



Codice	Descrizione
232 1717 009	Misuratore di altezza per neonato per seca 232

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93441/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Misuratore neonati, applicabile alle bilance pesa neonati seca 336.

Descrizione

seca 232 : misuratore ad asta, completo di ferma-testa e ferma-piedi, applicabile alle bilance pesa neonati seca 336 per pesare e misurare nello stesso momento.

Asta in alluminio anodizzato.

Accessori presenti all'interno della confezione

232
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	da 35 a 80 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	640 x 145 x 277 mm
Peso:	512 g
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti..

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142