

Rev. 00  
Aprile 2010

 **LifeMED**

# Scheda tecnica

seca 384

Bilancia pesa neonati digitale

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
384 7017 099	Bilancia pesa neonati digitale medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	Z12080402
Repertorio	76914/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

## Indicazioni

Bilancia digitale per pesare neonati e bambini piccoli.

## Descrizione

seca 384 : bilancia digitale pesa neonati, modificabile in bilancia da terra per bambini piccoli. Con la sua doppia funzione, questa pesa neonati è veramente sensazionale: al tocco di un pulsante, il piatto può essere facilmente staccato dalla base lasciandovi con una robusta bilancia da terra, per bambini sino a 20 kg. Poiché i due elementi sono connessi in modo ben saldo l'uno con l'altro, è assolutamente sicuro sollevare e trasportare la bilancia. La forma rotonda del piatto offre al neonato una sensazione di protezione e sicurezza. Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.

Funzioni:

- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- BMIF (latte bevuto),

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- selezione range di pesata,
- spegnimento automatico.

Optional: borsa trasporto seca 413 / seca 414.

## Accessori presenti all'interno della confezione

384
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	20 Kg.
Divisione:	10 g. < 10 Kg. >20 g.
Pedana (LxAxP):	552 x 162 x 362 mm
Peso:	2,8 Kg.
Alimentazione:	a batterie (4 batterie tipo AA da 1,5 V)
Sicurezza elettrica:	Tipo B
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

413 0000 009	Borsa per trasporto delle bilance pesa neonati 385 e 384
414 0000 009	Borsa per trasporto delle bilance pesa neonati 385 e 384



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142