

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 756

Bilancia pesa persone meccanica
con quadrante a orologio

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
756 7021 004	Bilancia pesa persone meccanica medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	92665/R bilancia
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 756: bilancia meccanica a colonna con BMI nel quadrante.

E' una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-Mass-Index) nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.

Quando il paziente sale sulla bilancia un "disco BMI" di colori diversi entra in funzione sotto il display dell'ampio quadrante.

Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza.

Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è suddiviso in sottopeso, normale, sovrappeso e obesità.

Ulteriori vantaggi di questa bilancia: l'ampia e bassa pedana dotata di ruote per il trasporto.

Optional: altimetro seca 224; in alluminio anodizzato, con particolare sistema di montaggio alla colonna, specifico per questa bilancia.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

756
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	160 Kg.
Divisione:	500 g.
Dimensioni (LxAxP):	360 x 1.000 x 628 mm
Pedana (LxAxP):	335 x 80 x 345 mm
Peso:	18,5 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

224 1714 009	Altimetro telescopico applicabile alla seca 756
--------------	---

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142