

Codice	<b>AD-61</b>
--------	--------------

### **DESCRIZIONE**

Ausilio per la deambulazione indicato nei casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza ovvero quando sia necessario riattivare la funzione motoria.

Dispositivo dotato di quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema di bloccaggio.

### **DATI TECNICI**

Struttura in tubo di acciaio verniciato di 25 mm di diametro con sottoascellari regolabili in larghezza, altezza e profondità.

- Altezza impugnatura da terra 102 cm
- Altezza regolabile supporti sottoascellari da 118 a 145 cm
- Profondità 88 cm
- Larghezza esterna massima 56 cm
- Peso struttura 9,1 kg
- **Portata massima 100 kg**

### **UTILIZZO**

Dispositivo destinato ad uso interno ed esterno su superfici piane e regolari o al massimo con pendenze inferiori a 10° in avanti, 4° all'indietro e 3° laterali. Per utilizzare il deambulatore il paziente, ponendosi tra le due fiancate, deve afferrare con entrambe le mani il maniglione ed appoggiare le ascelle sugli appoggi sottoascellari. Il dispositivo deve sempre essere impugnato per il maniglione ed il peso scaricato sugli appoggi sottoascellari.

### **PRECAUZIONI GENERALI D'IMPIEGO**

Prima di utilizzare il dispositivo, verificare sempre la corretta regolazione dell'altezza e l'appropriato fissaggio delle aste per i supporti sottoascellari.

Non impiegare su superfici accidentate o con pendenze superiori a quelle indicate.

Evitare superfici bagnate o comunque scivolose.

Assistere sempre i pazienti in caso di utilizzo su terreni non in piano, fatte salve le indicazioni sulle pendenze massime.

Controllare lo stato delle ruote ed il corretto funzionamento dei sistemi di bloccaggio.

Prestare attenzione alla stabilità complessiva del telaio.

### **MANUTENZIONE**

Il dispositivo necessita di poca manutenzione, anche se è consigliabile controllare periodicamente lo stato della struttura e, in particolare, il corretto serraggio della vite fulcro crociera e il bloccaggio dei morsetti eccentrici. In caso di necessità e onde ottenere una maggiore tenuta, procedere alla registrazione dei morsetti serrando con una chiave il dado.

Periodicamente ed in base alla frequenza di utilizzo, verificare l'usura delle ruote. In caso di abrasioni o altre anomalie, provvedere immediatamente alla loro sostituzione.

### **PULIZIA**

Pulire con panno morbido e detersivi non aggressivi. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Garanzia** 24 mesi per difetti di produzione

**Codice CND: Y120612**

**Progressivo di registrazione: 303239**

### **Accessori**

**AD-62** – Appoggio antibrachiale

**AD-61S** – Sedile imbottito

**Produttore** **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE