

Rev. 01
Maggio 2010



Scheda tecnica

DF-10.600

Pinza apriflebo



Codice	Descrizione
DF-10.600	Pinza in acciaio per apertura di flaconi flebo.

Indicazioni	
Produttore	Dr. Frigz Pakistan
CND	V9099
Repertorio	178265/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Pinza in acciaio per apertura di flaconi per flebo.

Descrizione

Pinza in acciaio per apertura di flaconi flebo, sterilizzabile.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni:	200 mm.
Peso:	250 g.

Avvertenze

Non usare questa pinza come forbice o per serrare dadi e bulloni.
Non usare silicone spray come lubrificante.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Sterilizzazione

Processi a Vapore, Gas ETO, Secco, Formaldeide, Gas Plasma.

Pulizia

Lavare lo strumento prima di ogni impiego o sterilizzazione.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità delle disposizioni di legge locali e nazionali esistenti.

Garanzia

5 anni dalla data di produzione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142