

Rev. 00
Marzo 2014

LifeMED

Scheda tecnica

iE 15

Elettrocardiografo interpretativo a
15 canali – Tipo Laptop

INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
iE 15	ECG interpretativo a 15 canali con display da 12,1" touch - screen

Indicazioni	
Produttore	Biocare
CND	Z12050301
Repertorio	1129608/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Elettrocardiografo per la registrazione dell'attività elettrica del cuore che si verifica nel ciclo cardiaco.

Descrizione

Elettrocardiografo a 15 canali ideale per una valutazione e diagnosi approfondita dell'infarto del miocardio e per individuare più facilmente l'infarto del ventricolo destro contribuendo ad una migliore diagnosi globale. Display LCD da 12.1" touch screen.

Tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati. Modalità operative manuale e automatica.

Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.

Menu funzioni in lingua italiana. Stampa tracciato delle 15 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4).

Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
- visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;
- analisi Vettorcardiografica;
- inserimento informazioni cliniche del paziente;
- funzione di auto stampa una volta identificata l'aritmia;
- interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, o via WiFi (optional);

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- possibilità di salvare i dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
- diagnosi basata su Codice Minnesota;
- sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.

Accessori presenti all'interno della confezione

iE 15
Cavo pazienti a 12-15 derivazioni
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
1 cavo di alimentazione
1 cavo di messa a terra
Manuale di istruzione in lingua italiana

Caratteristiche tecniche

Parametro	Opzione
Display	12,1" LCD touch-screen
Sensibilità	2,5 – 5 – 10 – 20 mm/mV
Velocità di scorrimento carta	5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 mm/s
Formato di registrazione	15-12 canali – 1 canale con ritmo
Filtri	Filtro Frequenza EMG a 35 Hz, Filtro Rete, 50 e 60 Hz, Filtro deriva linea di base
Parametri di misurazione	Battito ventricolare, intervallo PR, tempo limite QRS, intervallo QT/QTc, asse P/QRS/T, ampiezza RV5/SV1 e ampiezza RV5+SV1
Classificazione di sicurezza	IEC Classe I Tipo CF
Alimentazione AC	100V~240V, 50/60Hz, 900VA
Alimentazione DC	Batteria ricaricabile Li-ion, 14.8V/4400mh
Dimensioni	326 x 316 x 93,5 mm
Peso	8 Kg

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Temperatura di utilizzo	5 ~ 40°C
Umidità relativa	25 ~ 95%
Input impedenza	>50MΩ
Costante di tempo	>3,2 sec
Calibrazione del voltaggio	1 mV±3%

Controindicazioni e avvertenze

Consultare il manuale d'uso.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Strumento:

la superficie dello strumento ed il cavo paziente possono essere pulite con un panno soffice leggermente imbevuto di acqua saponata o detergente neutro non caustico.

Dopo la pulizia, rimuovere il detergente rimasto con una panno asciutto.

Elettrodi:

rimuovere preventivamente il gel conduttivo rimasto sugli elettrodi con un panno soffice.

Separare le parti metalliche degli elettrodi precordiali a contatto con il paziente dalle ventose e le parti metalliche di quelli periferici dalla pinza e pulirle con acqua calda, assicurandosi che non rimangano residui di gel. Asciugare le parti metalliche con un panno asciutto o all'aria corrente.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Accessori

50100049	Cavo ECG completo
01170008	SD card da 2 Gb
02055006	Cavo di alimentazione
02059028	Set 15 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

	4mm per IE15
50112000	Set di 4 elettrodi periferici a pinza per adulti/bambini per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
02030028	Batterie HYLb-1596 4400mAh/14.8 V per iE 12A e iE 15
10200011	Scanner di barcode per ECG-8080, iE 12A e iE 15
50100056	Modulo WiFi per iE 12A e iE 15
50112000	Set di 4 elettrodi periferici a pinza per adulti/bambini per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
60401008	Set di 4 elettrodi periferici per adulti per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60201014	Carta termica 210 x 150 mm x 200 fogli per iE 12A e iE 15
60401013	Set di 6 elettrodi precordiali per bambini per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
60401007	Set di 6 elettrodi precordiali per adulti per ECG-3010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60401018	Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a clip o coccodrillo) per iE 12A, iE 15 e ECG-2000
90500001	Carrello da trasporto per ECG-3010, ECG-6010, iE 12A e iE 15