

Rev. 00  
Ottobre 2013



# Scheda tecnica

S3M

Sonda da 3.0 MHz



Codice	Descrizione
S3M	Sonda impermeabile da 3.0 MHz.

Indicazioni	
Produttore	Contec Medical System Co. Ltd.

## Indicazioni

Sonda impermeabile adatta per SONOTRAX B e SONOLINE C.

## Descrizione

Sonda impermeabile da 3.0 MHz con innesto mini USB non adatta al parto in acqua.

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Pulire la superficie della sonda con etanolo 70% o alcool isopropilico, asciugare con un panno soffice e asciutto.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142